



CERT

DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

DVGW CERT Conformity Certificate

AS-0630BT0111

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Anschlussichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i>
Hersteller <i>manufacturer</i>	Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39, D-88400 Biberach
Vertreiber <i>distributor</i>	KaVo Dental GmbH Bismarckring 39, D-88400 Biberach
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für medizinische Anwendungen (0630)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dental-Behandlungseinheit
Modell <i>model</i>	Dentaleinheit E 30; E 50; E 50 Life; E 70; E 70 Vision; E 80; E 80 Vision; 1058; 1058 Life
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 02.10.2018 (TZW) Baumusterprüfung: FA 020/15 vom 28.07.2015 (TZW) Baumusterprüfung: FA 002/14 vom 16.09.2014 (TZW) Baumusterprüfung: FA 019/12+FA 020/12 vom 10.12.2012 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0105/18 vom 21.08.2018 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-298922-18-SI/to vom 04.06.2018 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010) UBA METALLE (21.11.2018) UBA KTW (07.03.2016)

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

Ablaufdatum / AZ 08.02.2022 / 19-0173-WNV
date of expiry / file no.

19.03.2019 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Dentaleinheit E 30	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AA; AB)	
Dentaleinheit E 50	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AA; AB)	
Dentaleinheit E 50 Life	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AA; AB)	
Dentaleinheit E 70	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AA; AB)	
Dentaleinheit E 70 Vision	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AA; AB)	
Dentaleinheit E 80	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AA; AB)	
Dentaleinheit E 80 Vision	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AA; AB)	
Dentaleinheit 1058	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AA; AB)	
Dentaleinheit 1058 Life	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AA; AB)	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
Typ AA	Freier Auslauf vor dem Mundspülbecken
Typ AB	Freier Auslauf vor dem Dentalbehandlungsgerät

Verwendungshinweise / Bemerkungen hints of utilization / remarks

Anschlussdurchmesser: DN 15 (G 1/2")

Das hier aufgeführte Produkt entspricht den Anforderungen gem. §17 (6) der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), Stand 09.01.2018.

Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil des geprüften Bauteiles.

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.

Diese DVGW-Konformitätsbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.

DVGW